GEM® Premier 3000 PAK - GEM プレミア3000PAK 血液ガス分析装置 GEM プレミア3000 用

JAPANESE /日本語 – インサートシート

＊2015年 8月改訂（第2版）
2014年12月作成（第1版）

CE

この添付文書をよく読んでから使用してください。
体外診断用医薬品

届出番号:13A2X00204CC0004
クラスI生化学検査用シリーズ
血液検査用グルコースキット・乳酸キット
GEMプレミア3000PAK
シリーズ構成製品名：GLU, LAC

【警告】
実際の血糖値より高値を示すことがあるので、以下の患者には 使用しないこと。（その偽高値に基づきインスリン等の血糖降 下剤を投与することにより、昏睡等の重篤な低血糖症状があら われるおそれがある。）
・ プラリドキシムヨウ化メチルを投与中の患者

【全般的な注意】

・ 本品は体外診断用医薬品であり、それ以外の目的に使用しな いでください。
・ 本品は血液ガス分析装置GEM プレミア3000 専用です。機 器の添付文書及び取扱説明書をよく読んでから使用してく ださい。
・ 添付文書記載以外の使用方法については保証を致しません。
・ 診断は他の関連する検査結果や臨床症状等に基づいて総合的 に判断を行ってください。

【形状・構造等（キットの構成）】

1．センサーカード
・ グルコースオキシダーゼ
・ 乳酸オキシダーゼ
2．Cal A 液
3．Cal B 液
4．Cal C 液
5．リファレンス液
(医療機器の情報)
・ 一般医療機器、届出番号:13B3X00222000012、器21、内臓 機能検査用器具、汎用血液ガス分析装置（30847000）

【使用目的】

全血中の糖（グルコース）濃度の測定
全血中の乳酸（ラクテート）濃度の測定

【測定原理】

酵素電極法により、全血中のグルコース濃度と乳酸濃度を測 定します。検体をカートリッジに吸引させると、検体中のグ ルコース、乳酸はそれぞれ、センサー上に固定されたグルコ ースオキシダーゼ、乳酸オキシダーゼと反応し、過酸化水素を発生し、発生した過酸化水素は電極で分解されこのとき電 流が発生します。これを検出してグルコース濃度と乳酸濃度 を求めます。
本品は血液ガス分析装置GEM プレミア3000 とともに用い、 全血中のグルコース(Glu)、乳酸(Lac)、電解質(Na＋，K＋， Ca＋＋)、ヘマトクリット(Hct)、血液ガス(pH, pO_2，pCO_2) を 測定するカートリッジです。各項目の測定法は次の通りです。

電位差測定：pH，pCO_2，Na＋，K＋，Ca＋＋
電流測定：pO_2，Glu，Lac
電気伝導度測定：Hct

カートリッジにはセンサー(電極)、キャリブレーション液、 廃液パック等測定に必要なものすべてが内蔵されているため、 血液ガス分析装置GEM プレミア3000 と本品のみで、簡単 迅速に分析できる特徴を有しています。なお、演算項目については使用する機器の取扱説明書を参照してください。

【操作上の注意】

1．測定試料採取時の注意
・ 採血後はできるだけ速やかに測定してください。
・ 必要検体量はキャピラリーでは145μL、シリンジでは135 μL 又は150μL です。
・ 血液中のクロットを測定用カートリッジに吸引させないで ください。クロットができないように適量のヘパリンを混 和してください。
・ 抗凝固剤は乾燥ヘパリンリチウムの使用を推奨します。
・ 抗凝固剤であるフッ化ナトリウム及びシュウ酸カリウム は測定値に影響を及ぼすおそれがあるため使用しないで ください。
・ 測定前には少なくとも5 回静かに転倒混和して均一な状態 にしてください。

2．**妨害物質***

・測定する検体にヨウ化物イオンを遊離するような物質が存在している場合には、偽高値となる可能性が あります。
・プラリドキシムヨウ化メチルにより、実際の血糖値より高値を示すことがあります。

(1) 測定値に影響を与えない物質

物質名	妨害項目	妨害されない濃度
Ascorbic acid	Glu, Lac	3mg/dL
Uric acid	Glu, Lac	20mg/dL
Dopamine	Glu, Lac	2mg/dL
Dobutamine	Glu, Lac	2mg/dL

(2) 測定値を高くする危険性のある物質

物質名	妨害項目	妨害濃度
Acetaminophen	Glu, Lac	≧15mg/dL
Isoniazide	Glu, Lac	≧2mg/dL
Thiocyanate	Glu, Lac	≧10mg/dL
Hydroxyurea	Glu, Lac	≧0.5mg/dL

(3) 測定値を低くする危険性のある物質

物質名	妨害項目	妨害濃度
Flaxedil	Glu, Lac	≧2mg/dL
Ethanol	Glu, Lac	≧350mg/dL
Sodium Fluoride	Glu, Lac	≧1g/dL
Potassium Oxalate	Glu, Lac	≧1g/dL

(4) 測定値に影響(高値又は低値)を与える危険性のある物質

物質名	妨害項目	備考
Benzalkonium	Ca++ ,Na+	高値の可能性。
Thiopental	pCO_2 , Na+ ,Ca++, K+	影響があるので使用しない。
Halothane	pO_2	信頼できない値となる。

【操作法】

1．試薬の調製方法
①センサーカード：そのまま用いてください。
②CalA 液：そのまま用いてください。
③CalB 液：そのまま用いてください。
④CalC 液：そのまま用いてください。
⑤リファレンス液：そのまま用いてください。
2．操作方法
①センサーカード、CalA 液、CalB 液、CalC 液、及びリ ファレンス液を含む測定カートリッジを血液ガス分析 装置本体に挿入してください。
②所定量の全血検体を測定カートリッジに注入し、センサ ーカードに組み込まれたグルコースセンサー（電極）、 乳酸センサー（電極）に誘導します。
③グルコースセンサーに接触する検体中のグルコースは センサー上に固定されたグルコースオキシダーゼと反 応し、過酸化水素を発生します。乳酸センサーにおいて も同様に、接触する検体中の乳酸がセンサー上に固定さ れた乳酸オキシダーゼと反応し、過酸化水素を発生しま す。
④それぞれのセンサー上で発生した過酸化水素はさらに 電極と反応し、電流が発生し、これを検出することによ り、グルコース濃度と乳酸濃度を求めます。
3．検体量
①キャピラリー：145μL
②シリンジ：135μL 又は150μL

【測定結果の判定法】

・ 参考基準範囲　グルコース：60～95mg/dL
ラクテート：1.3mmol/L 未満（安静時）
各種要因で基準範囲は多少異なることがあるので、各検査室において独自の基準範囲を設定してください。

【性能】

1．感度
低濃度、中濃度、高濃度の3 種類の既知濃度の管理検体 を測定し、回帰式を求めるとき、傾きは0.9～1.10 です。
2．正確性
既知濃度の管理検体を測定するとき、測定値は既知濃度の ±10％以内(グルコース)，±20％以内（ラクテート）です。
3．同時再現性
管理検体を3 回以上測定するとき、CV 値は10％以下で す。
4．測定範囲
グルコース：5~500mg/dL
ラクテート：0.2~15.0mmol/L
5．較正用の基準物質(標準物質)
グルコース：NIST (SRM965)
ラクテート：USP

【使用上又は取扱い上の注意】

1．取扱い上(危険防止)の注意
・ 検体は、HIV、HBV、HCV 等の感染のおそれがあるもの として取り扱ってください。
・ 検査にあたっては、感染の危険を避けるため使い捨て手袋 を着用してください。
・ 本品内の試薬が皮膚などに付着した場合には、大量の流水 で洗ってください。また必要があれば医師の手当て等を受 けてください。
・ 本品を分解したり、強い衝撃を加えたりしないでください。
2．使用上の注意
・ 使用直前に本品を開封し、プロテクトカバーを外してから 1 分以内に分析装置に挿入してください。
・ 一度使用して、分析装置から取り出したものは再使用しな いでください。
・ 期限切れの製品は使用しないでください。装置への挿入は 使用期限当日まで可能です。
・ 本品は凍結を避け、貯法に従い保存してください。凍結さ せた場合は、品質が変化して正しい結果が得られないこと があるので使用しないでください。
・ 本品は、血液ガス分析装置GEM プレミア3000 用の体外 診断用医薬品として、正しい操作で使用してください。

3．廃棄上の注意
・ 使用後は感染性廃棄物として処理してください。

【貯法・有効期間】

貯蔵方法：15～25℃で保存
有効期間：6 ヶ月

【包装単位】

規格名	テスト数	製品番号	包装単位
GEM3000 iQM BG/Hct/BE/G/L 3W75	75	00024307589	1 個 / 箱
GEM3000 iQM BG/Hct/BE/G/L 3W150	150	00024315089	1 個 / 箱
GEM3000 iQM BG/Hct/BE/G/L 3W300	300	00024330089	1 個 / 箱
GEM3000 iQM BG/Hct/BE/G/L 3W450	450	00024345089	1 個 / 箱
GEM3000 iQM BG/Hct/BE/G/L 2W600	600	00024360089	1 個 / 箱
GEM3000 BG/Hct/BE/G/L 3W150	150	00024315009	1 個 / 箱
GEM3000 BG/Hct/BE/G/L 3W300	300	00024330009	1 個 / 箱
GEM3000 BG/Hct/BE/G/L 3W450	450	00024345009	1 個 / 箱
GEM3000 BG/Hct/BE/G/L 2W600	600	00024360009	1 個 / 箱

【問い合わせ先】

アイ・エル・ジャパン株式会社
〒108-0073 東京都港区三田1-3-30 三田神田ビル
Tel: 0120(274)011

【製造販売業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売元：アイ・エル・ジャパン株式会社
〒108-0073 東京都港区三田1-3-30 三田神田ビル
製造元：インスツルメンテイション ラボラトリー社 米国

***Symbols used* / 記号**

IVD — *In vitro* diagnostic medical device
LOT — Batch code
Use by
Temperature limitation
Consult instructions for use
Manufacturer
EC REP — Authorised Representative in the European Community